

**CAPITOLATO TECNICO DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PER
L'APPALTO DI FORNITURA DI MATERIALE PER CARDIOSTIMOLAZIONE E
CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA**

ART.1- OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiale per cardiostimolazione e cardiologia interventistica per l'U.O. di Cardiologia/Emodinamica di questa Fondazione "Istituto San Raffaele - G.Giglio di Cefalù", nei 39 lotti di seguito riportati, nelle quantità e nel prezzo posto a base d'asta per ogni singolo lotto.

ART.2- MODALITÀ DI FORNITURA.

La consegna dei materiali ordinati dovrà essere effettuata entro il termine indicato per ciascun lotto al successivo art. 7 del presente capitolato tecnico di gara.

ART.3 - GARANZIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

La ditta dovrà effettuare la fornitura come dal capitolato senza soluzione di continuità, e fatto divieto di sub-appaltare tutto o parte della fornitura.

ART.4 – PENALITÀ

Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti consumabili ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto.

Nel caso di grave o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali, dopo la 2° contestazione, la Fondazione potrà recedere dal contratto in danno della ditta inadempiente.

ART.5 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà nel rispetto dell'art. 83 D.Lgs 163/2006 (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) e per il lotto 39 nel rispetto dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006 (criterio del prezzo più basso), verranno escluse le Ditte che presenteranno offerte per lotti incompleti.

ART.6 – DURATA CONTRATTUALE

Per i lotti dal n. 1 al n. 12 i contratti avranno la durata di un anno con facoltà di rinnovo del contratto per un ulteriore anno alle stesse condizioni subordinata alla sostituzione automatica con prodotti migliorativi, quando disponibili, o interruzione anticipata del contratto in caso di miglioramenti tecnologici. Per i lotti 32 e 33 i contratti avranno la durata di un anno con facoltà di rinnovo del contratto per un ulteriore anno alle stesse condizioni, subordinata alla sostituzione automatica con prodotti migliorativi, quando disponibili, o interruzione anticipata del contratto in caso di miglioramenti tecnologici.

Per i restanti lotti i contratti avranno la durata triennale subordinata alla sostituzione automatica con prodotti migliorativi, quando disponibili, o interruzione anticipata del contratto in caso di miglioramenti tecnologici.

Pertanto si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti, ma sussiste unicamente un obbligo della ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi né delle condizioni contrattuali concordate.

ART.7 – PRODOTTI RICHIESTI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE LOTTI DA 1 A 39:

LOTTO 1. Kit impianto DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE DUALE ALTA FASCIA

Base d'asta € 386.760,00.

Fabbisogno annuale: 20 pezzi.

Il Kit comprende:

- defibrillatore
- elettrocatetere atriale
- elettrocatetere ventricolare destro
- elettrocatetere ventricolare sinistro
- tutti i materiali necessari per l'impianto: delivery system, cateteri da elettrofisiologia, guide angiografiche varie rigidità ed idrofilia.

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (45 punti qualità, 15 punti servizi e 40 punti prezzo):

- 45 punti qualità così suddivisi:

Caratteristiche tecniche	Punteggio massimo
a) Antitachipacing programmabile a scelta tra elettrodo destro, elettrodo sinistro e in biventricolare	3
b) Cattura automatica atriale, ventricolare destra e sinistra	15
c) Possibilità di esclusione della cassa attiva e il coil cavale tramite programmatore	3
d) Peso inferiore a 70 grammi	4
e) Diagnostica dello scompenso cardiaco basati su accumulo di fluidi intratoracici	10
f) Disponibilità di catetere da defibrillazione con connessione DF-4	10

- 15 punti servizi così suddivisi:

Assistenza tecnica e/o organizzativa	5
Consulenza formative e corsi	5
Supporto clinico	5

Precisazioni:

- Non è necessario che il defibrillatore sia depositato in Ospedale. La Ditta si impegna a fornire tutto l'occorrente per l'impianto, compresa l'assistenza dell'Ingegnere specialista durante l'intervento, entro 48 ore dalla richiesta della Farmacia di questa Fondazione.
- Tutte le ditte concorrenti, sia aggiudicatarie che non, si impegnano a fornire in comodato d'uso gratuito ed a tempo indeterminato i programmatori dei defibrillatori. Se i programmatori sono in Fondazione per altri rapporti di fornitura, non sarà necessario fornirne nuovi.
- Il consumo previsto annuale è da considerarsi orientativo: la previsione non è vincolante in quanto potrebbe subire variazioni sia in più che in meno in base alle scelte strategiche in merito all'Unità di Aritmologia, nonché l'eventuale notifica di recall di prodotti (purtroppo non rari in questi ultimi anni).

- Ci si riserva di annullare il contratto in caso di mancata corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate e quelle documentate durante l'uso quotidiano.
- Le ditte dovranno comunicare, oltre al prezzo globale del kit, anche i prezzi scorporati delle singole voci di costo, al fine di poter acquistare singolarmente i prodotti in caso di interventi in cui è necessario utilizzarne soltanto alcuni (sostituzione device/upgrading/revisione chirurgica di impianto).
- Tutte le ditte si impegnano a fornire le schede tecniche di tutti i prodotti e a solo scopo esplicativo, un dimostrativo del prodotto che sarà restituito alla fine della gara (qualora fosse fornito un dispositivo sterile la confezione non verrà aperta e sarà restituita integra). In ogni scheda tecnica le ditte evidenzieranno i parametri richiesti per ogni lotto.

LOTTO 2. Kit impianto DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE ALTA FASCIA

Base d'asta 386.760,00.

Fabbisogno annuale: 20 pezzi.

Il Kit comprende:

- defibrillatore
- elettrocatetere atriale
- elettrocatetere ventricolare destro
- elettrocatetere ventricolare sinistro
- tutti i materiali necessari per l'impianto: delivery system, cateteri da elettrofisiologia, guide angiografiche varie rigidità ed idrofilia.

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (45 punti qualità, 15 punti servizi e 40 punti prezzo):

- 45 punti qualità così suddivisi:

Caratteristiche tecniche	Punteggio massimo
a) Catetere ventricolare sinistro multipolare	10
b) Cattura automatica atriale, ventricolare destra e sinistra	10
c) Ottimizzazione automatica della stimolazione biventricolare	5
d) Gestione non invasiva delle elevate soglie di defibrillazione	5
e) Diagnostica dello scompenso cardiaco basati su accumulo di fluidi intratoracici	5
f) Disponibilità di catetere da defibrillazione con connessione DF-4	10

- 15 punti servizi così suddivisi:

Assistenza tecnica e/o organizzativa	5
Consulenza formative e corsi	5
Supporto clinico	5

Precisazioni:

- Non è necessario che il defibrillatore sia depositato in Ospedale. La Ditta si impegna a fornire tutto l'occorrente per l'impianto, compresa l'assistenza dell'Ingegnere specialista durante l'intervento, entro 48 ore dalla richiesta della Farmacia di questa Fondazione.
- Tutte le ditte concorrenti, sia aggiudicatarie che non, si impegnano a fornire in comodato d'uso gratuito ed a tempo indeterminato i programmatori dei defibrillatori. Se i programmatori sono in Fondazione per altri rapporti di fornitura, non sarà necessario fornirne nuovi.
- Il consumo previsto annuale è da considerarsi orientativo: la previsione non è vincolante in quanto potrebbe subire variazioni sia in più che in meno in base alle scelte strategiche in merito all'Unità di Aritmologia, nonché l'eventuale notifica di recall di prodotti (purtroppo non rari in questi ultimi anni).

- Le ditte dovranno comunicare, oltre al prezzo globale del kit, anche i prezzi scorporati delle singole voci di costo, al fine di poter acquistare singolarmente i prodotti in caso di interventi in

cui è necessario utilizzarne soltanto alcuni (sostituzione device/upgrading/revisione chirurgica di impianto).

- Tutte le ditte si impegnano a fornire le schede tecniche di tutti i prodotti e a solo scopo esplicativo, un dimostrativo del prodotto che sarà restituito alla fine della gara (qualora fosse fornito un dispositivo sterile la confezione non verrà aperta e sarà restituita integra). In ogni scheda tecnica le ditte evidenzieranno i parametri richiesti per ogni lotto.

Ci si riserva di annullare il contratto in caso di mancata corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate e quelle documentate durante l'uso quotidiano.

LOTTO 3. Kit impianto DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE FASCIA MEDIA

Base d'asta 132.096,00.

Fabbisogno annuale: 7 pezzi.

Il Kit comprende:

- defibrillatore
- elettrocatetere atriale
- elettrocatetere ventricolare destro
- elettrocatetere ventricolare sinistro
- tutti i materiali necessari per l'impianto: delivery system, cateteri da elettrofisiologia, guide angiografiche varie rigidità ed idrofilia.

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (45 punti qualità, 15 punti servizi e 40 punti prezzo):

- 45 punti qualità così suddivisi:

Caratteristiche tecniche	Punteggio massimo
a) Configurazioni di stimolazione del ventricolo sinistro	10
b) Volume e spessore ridotti	10
c) Energia immagazzinata > 40J	5
d) Sensing sul canale ventricolare sinistro	5
e) Telemetria e programmazione wireless	5
f) Disponibilità di catetere da defibrillazione con connessione DF-4	10

- 15 punti servizi così suddivisi:

Assistenza tecnica e/o organizzativa	5
Consulenza formative e corsi	5
Supporto clinico	5

Precisazioni:

- Non è necessario che il defibrillatore sia depositato in Ospedale. La Ditta si impegna a fornire tutto l'occorrente per l'impianto, compresa l'assistenza dell'Ingegnere specialista durante l'intervento, entro 48 ore dalla richiesta della Farmacia di questa Fondazione.
- Tutte le ditte concorrenti, sia aggiudicatarie che non, si impegnano a fornire in comodato d'uso gratuito ed a tempo indeterminato i programmatori dei defibrillatori.
- Il consumo previsto annuale è da considerarsi orientativo: la previsione non è vincolante in quanto potrebbe subire variazioni sia in più che in meno in base alle scelte strategiche in merito all'Unità di Aritmologia, nonché l'eventuale notifica di recall di prodotti (purtroppo non rari in questi ultimi anni).

- Le ditte dovranno comunicare, oltre al prezzo globale del kit, anche i prezzi scorporati delle singole voci di costo, al fine di poter acquistare singolarmente i prodotti in caso di interventi in cui è necessario utilizzarne soltanto alcuni (sostituzione device/upgrading/revisione chirurgica di impianto).
- Tutte le ditte si impegnano a fornire le schede tecniche di tutti i prodotti e a solo scopo esplicativo, un dimostrativo del prodotto che sarà restituito alla fine della gara (qualora fosse fornito un dispositivo sterile la confezione non verrà aperta e sarà restituita integra). In ogni scheda tecnica le ditte evidenzieranno i parametri richiesti per ogni lotto.

Ci si riserva di annullare il contratto in caso di mancata corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate e quelle documentate durante l'uso quotidiano.

LOTTO 4. Kit impianto DEFIBRILLATORE BICAMERALE DUALE ALTA FASCIA.

Base d'asta 119.350,00.

Fabbisogno annuale: 7 pezzi.

Il Kit comprende

- defibrillatore
- elettrocateteri atriale e ventricolare destro da defibrillazione.

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (45 punti qualità, 15 punti servizi e 40 punti prezzo):

- 45 punti qualità così suddivisi:

Caratteristiche tecniche	Punteggio massimo
a) Possibilità di erogare ATP durante la carica dei condensatori	5
b) Cattura automatica atriale e ventricolare	10
c) Peso inferiore a 70 grammi	5
d) Diagnostica dello scompenso cardiaco basati su accumulo di fluidi intratoracici	10
e) Disponibilità di catetere da defibrillazione con connessione DF-4	10
f) Telemetria e programmazione wireless	5

- 15 punti servizi così suddivisi:

Assistenza tecnica e/o organizzativa	5
Consulenza formative e corsi	5
Supporto clinico	5

Precisazioni:

- Non è necessario che il defibrillatore sia depositato in Ospedale. La Ditta si impegna a fornire tutto l'occorrente per l'impianto, compresa l'assistenza dell'Ingegnere specialista durante l'intervento, entro 48 ore dalla richiesta della Farmacia di questa Fondazione.
- Tutte le ditte concorrenti, sia aggiudicatarie che non, si impegnano a fornire in comodato d'uso gratuito ed a tempo indeterminato i programmatori dei defibrillatori. Se i programmatori sono in Fondazione per altri rapporti di fornitura, non sarà necessario fornirne nuovi.
- Il consumo previsto annuale è da considerarsi orientativo: la previsione non è vincolante in quanto potrebbe subire variazioni sia in più che in meno in base alle scelte strategiche in merito all'Unità di Aritmologia, nonché l'eventuale notifica di recall di prodotti (purtroppo non rari in questi ultimi anni).
- Le ditte dovranno comunicare, oltre al prezzo globale del kit, anche i prezzi scorporati delle singole voci di costo, al fine di poter acquistare singolarmente i prodotti in caso di interventi in cui è necessario utilizzarne soltanto alcuni (sostituzione device/upgrading/revisione chirurgica di impianto).

- Tutte le ditte si impegnano a fornire le schede tecniche di tutti i prodotti e a solo scopo esplicativo, un dimostrativo del prodotto che sarà restituito alla fine della gara (qualora fosse fornito un dispositivo sterile la confezione non verrà aperta e sarà restituita integra). In ogni scheda tecnica le ditte evidenzieranno i parametri richiesti per ogni lotto.

Ci si riserva di annullare il contratto in caso di mancata corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate e quelle documentate durante l'uso quotidiano.

LOTTO 5. Kit impianto DEFIBRILLATORE BICAMERALE ALTA FASCIA.

Base d'asta 119.350,00.

Fabbisogno annuale: 7 pezzi.

Il Kit comprende

- defibrillatore
- elettrocateteri atriale e ventricolare destro da defibrillazione.

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (45 punti qualità, 15 punti servizi e 40 punti prezzo):

- 45 punti qualità così suddivisi:

Caratteristiche tecniche	Punteggio massimo
a) Possibilità di erogare ATP durante la carica dei condensatori	5
b) Cattura automatica atriale e ventricolare	10
c) Monitoraggio endocavitario del tratto ST	15
d) Diagnostica dello scompenso cardiaco basati su accumulo di fluidi intratoracici	5
e) Disponibilità di catetere da defibrillazione con connessione DF-4	10

- 15 punti servizi così suddivisi:

Assistenza tecnica e/o organizzativa	5
Consulenza formative e corsi	5
Supporto clinico	5

Precisazioni:

- Non è necessario che il defibrillatore sia depositato in Ospedale. La Ditta si impegna a fornire tutto l'occorrente per l'impianto, compresa l'assistenza dell'Ingegnere specialista durante l'intervento, entro 48 ore dalla richiesta della Farmacia di questa Fondazione.
- Tutte le ditte concorrenti, sia aggiudicatarie che non, si impegnano a fornire in comodato d'uso gratuito ed a tempo indeterminato i programmatori dei defibrillatori. Se i programmatori sono in Fondazione per altri rapporti di fornitura, non sarà necessario fornirne nuovi.
- Il consumo previsto annuale è da considerarsi orientativo: la previsione non è vincolante in quanto potrebbe subire variazioni sia in più che in meno in base alle scelte strategiche in merito all'Unità di Aritmologia, nonché l'eventuale notifica di recall di prodotti (purtroppo non rari in questi ultimi anni).
- Le ditte dovranno comunicare, oltre al prezzo globale del kit, anche i prezzi scorporati delle singole voci di costo, al fine di poter acquistare singolarmente i prodotti in caso di interventi in cui è necessario utilizzarne soltanto alcuni (sostituzione device/upgrading/revisione chirurgica di impianto).
- Tutte le ditte si impegnano a fornire le schede tecniche di tutti i prodotti e a solo scopo esplicativo, un dimostrativo del prodotto che sarà restituito alla fine della gara (qualora fosse

fornito un dispositivo sterile la confezione non verrà aperta e sarà restituita integra). In ogni scheda tecnica le ditte evidenzieranno i parametri richiesti per ogni lotto.

Ci si riserva di annullare il contratto in caso di mancata corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate e quelle documentate durante l'uso quotidiano.

LOTTO 6. Kit impianto DEFIBRILLATORE BICAMERALE FASCIA MEDIA.

Base d'asta 65.800,00.

Fabbisogno annuale: 4 pezzi.

Il Kit comprende

- defibrillatore
- elettrocateteri atriale e ventricolare destro da defibrillazione.

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (45 punti qualità, 15 punti servizi e 40 punti prezzo):

- 45 punti qualità così suddivisi:

Caratteristiche tecniche	Punteggio massimo
a) Volume e spessore ridotti	10
b) Energia immagazzinata > 40J	5
d) Diagnostica HRV	10
d) Telemetria e programmazione wireless	5
e) Disponibilità di catetere da defibrillazione con connessione DF-4	10
d) Possibilità di esclusione della cassa attiva e il coil cavale tramite programmatore	5

- 15 punti servizi così suddivisi:

Assistenza tecnica e/o organizzativa	5
Consulenza formative e corsi	5
Supporto clinico	5

Precisazioni:

- Non è necessario che il defibrillatore sia depositato in Ospedale. La Ditta si impegna a fornire tutto l'occorrente per l'impianto, compresa l'assistenza dell'Ingegnere specialista durante l'intervento, entro 48 ore dalla richiesta della Farmacia di questa Fondazione.
- Tutte le ditte concorrenti, sia aggiudicatarie che non, si impegnano a fornire in comodato d'uso gratuito ed a tempo indeterminato i programmatori dei defibrillatori. Se i programmatori sono in Fondazione per altri rapporti di fornitura, non sarà necessario fornirne nuovi.
- Il consumo previsto annuale è da considerarsi orientativo: la previsione non è vincolante in quanto potrebbe subire variazioni sia in più che in meno in base alle scelte strategiche in merito all'Unità di Aritmologia, nonché l'eventuale notifica di recall di prodotti (purtroppo non rari in questi ultimi anni).
- Le ditte dovranno comunicare, oltre al prezzo globale del kit, anche i prezzi scorporati delle singole voci di costo, al fine di poter acquistare singolarmente i prodotti in caso di interventi in cui è necessario utilizzarne soltanto alcuni (sostituzione device/upgrading/revisione chirurgica di impianto).
- Tutte le ditte si impegnano a fornire le schede tecniche di tutti i prodotti e a solo scopo esplicativo, un dimostrativo del prodotto che sarà restituito alla fine della gara (qualora fosse

fornito un dispositivo sterile la confezione non verrà aperta e sarà restituita integra). In ogni scheda tecnica le ditte evidenzieranno i parametri richiesti per ogni lotto. Ci si riserva di annullare il contratto in caso di mancata corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate e quelle documentate durante l'uso quotidiano.

LOTTO 7. Kit impianto PACEMAKER BICAMERALE RATE RESPONSIVE COMPATIBILE CON RISONANZA MAGNETICA.

Base d'asta 107.500,00

Fabbisogno annuale: 25 pezzi.

Il Kit comprende

- pacemaker
- elettrocateri atriale e ventricolare.

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (45 punti qualità, 15 punti servizi e 40 punti prezzo):

- 45 punti qualità così suddivisi:

Caratteristiche tecniche	Punteggio massimo
a) Compatibilità RM total body	15
b) assenza di limitazioni sul tempo di scansione	15
c) Algoritmo di riduzione di riduzione del pacing ventricolare non necessario.	5
d) Capacità di erogare terapie antitachicardiche	5
e) Cattura automatica in atrio e ventricolo	5

- 15 punti servizi così suddivisi:

Assistenza tecnica e/o organizzativa	5
Consulenza formative e corsi	5
Supporto clinico	5

Precisazioni:

- Tutte le ditte concorrenti, sia aggiudicatarie che non, si impegnano a fornire in comodato d'uso gratuito ed a tempo indeterminato i programmatori dei defibrillatori. Se i programmatori sono in Fondazione per altri rapporti di fornitura, non sarà necessario fornirne nuovi.
- La Ditta aggiudicataria si impegna a tenere in conto deposito tre stimolatori e ad integrarli entro 4 giorni dall'ordine di Farmacia.
- Il consumo previsto annuale è da considerarsi orientativo: la previsione non è vincolante in quanto potrebbe subire variazioni sia in più che in meno in base alle scelte strategiche in merito all'Unità di Aritmologia, nonché l'eventuale notifica di recall di prodotti (purtroppo non rari in questi ultimi anni).
- Le ditte dovranno comunicare, oltre al prezzo globale del kit, anche i prezzi scorporati delle singole voci di costo, al fine di poter acquistare singolarmente i prodotti in caso di interventi in cui è necessario utilizzarne soltanto alcuni (sostituzione device/upgrading/revisione chirurgica di impianto).
- Tutte le ditte si impegnano a fornire le schede tecniche di tutti i prodotti e a solo scopo esplicativo, un dimostrativo del prodotto che sarà restituito alla fine della gara (qualora fosse fornito un dispositivo sterile la confezione non verrà aperta e sarà restituita integra). In ogni scheda tecnica le ditte evidenzieranno i parametri richiesti per ogni lotto.

Ci si riserva di annullare il contratto in caso di mancata corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate e quelle documentate durante l'uso quotidiano.

LOTTO 8. Kit impianto PACEMAKER MONOCAMERALE RATE RESPONSIVE COMPATIBILE CON RISONANZA MAGNETICA.

Base d'asta 24.000,00

Fabbisogno annuale: 10 pezzi.

Il Kit comprende

- pacemaker
- elettrocatetere ventricolare.

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (45 punti qualità, 15 punti servizi e 40 punti prezzo):

- 45 punti qualità così suddivisi:

Caratteristiche tecniche	Punteggio massimo
a) Longevità	15
b) Assenza di limitazioni sul tempo di scansione	10
c) Alta uscita programmabile	5
d) Controllo remoto	10
e) Cattura automatica	5

- 15 punti servizi così suddivisi:

Assistenza tecnica e/o organizzativa	5
Consulenza formative e corsi	5
Supporto clinico	5

Precisazioni:

- Tutte le ditte concorrenti, sia aggiudicatarie che non, si impegnano a fornire in comodato d'uso gratuito ed a tempo indeterminato i programmatori dei defibrillatori. Se i programmatori sono in Fondazione per altri rapporti di fornitura, non sarà necessario fornirne nuovi.
- La Ditta aggiudicataria si impegna a tenere in conto deposito due stimolatori e ad integrarli entro 4 giorni dall'ordine di Farmacia.
- Il consumo previsto annuale è da considerarsi orientativo: la previsione non è vincolante in quanto potrebbe subire variazioni sia in più che in meno in base alle scelte strategiche in merito all'Unità di Aritmologia, nonché l'eventuale notifica di recall di prodotti (purtroppo non rari in questi ultimi anni).
- Le ditte dovranno comunicare, oltre al prezzo globale del kit, anche i prezzi scorporati delle singole voci di costo, al fine di poter acquistare singolarmente i prodotti in caso di interventi in cui è necessario utilizzarne soltanto alcuni (sostituzione device/upgrading/revisione chirurgica di impianto).
-

- Tutte le ditte si impegnano a fornire le schede tecniche di tutti i prodotti e a solo scopo esplicativo, un dimostrativo del prodotto che sarà restituito alla fine della gara (qualora fosse fornito un dispositivo sterile la confezione non verrà aperta e sarà restituita integra). In ogni scheda tecnica le ditte evidenzieranno i parametri richiesti per ogni lotto.

Ci si riserva di annullare il contratto in caso di mancata corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate e quelle documentate durante l'uso quotidiano.

LOTTO 9. PACEMAKER BICAMERALE RATE RESPONSIVE FASCIA MEDIA.

Base d'asta 40.585,00

Fabbisogno annuale: 15 pezzi.

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (45 punti qualità, 15 punti servizi e 40 punti prezzo):

- 45 punti qualità così suddivisi:

Caratteristiche tecniche	Punteggio massimo
a) algoritmo di prevenzione del pacing ventricolare non necessario	15
b) cattura automatica in atrio e ventricolo	10
c) elevata capacità di memorizzazione EGM	5
d) elevata uscita	5
e) controllo remoto	10

- 15 punti servizi così suddivisi:

Assistenza tecnica e/o organizzativa	5
Consulenza formative e corsi	5
Supporto clinico	5

Precisazioni:

- Tutte le ditte concorrenti, sia aggiudicatarie che non, si impegnano a fornire in comodato d'uso gratuito ed a tempo indeterminato i programmatori dei defibrillatori. Se i programmatori sono in Fondazione per altri rapporti di fornitura, non sarà necessario fornirne nuovi.
- La Ditta aggiudicataria si impegna a tenere in conto deposito due stimolatori e ad integrarli entro 4 giorni dall'ordine di Farmacia.
- Il consumo previsto annuale è da considerarsi orientativo: la previsione non è vincolante in quanto potrebbe subire variazioni sia in più che in meno in base alle scelte strategiche in merito all'Unità di Aritmologia, nonché l'eventuale notifica di recall di prodotti (purtroppo non rari in questi ultimi anni).
- Le ditte dovranno comunicare, oltre al prezzo globale del kit, anche i prezzi scorporati delle singole voci di costo, al fine di poter acquistare singolarmente i prodotti in caso di interventi in cui è necessario utilizzarne soltanto alcuni (sostituzione device/upgrading/revisione chirurgica di impianto).
- Tutte le ditte si impegnano a fornire le schede tecniche di tutti i prodotti e a solo scopo esplicativo, un dimostrativo del prodotto che sarà restituito alla fine della gara (qualora fosse fornito un dispositivo sterile la confezione non verrà aperta e sarà restituita integra). In ogni scheda tecnica le ditte evidenzieranno i parametri richiesti per ogni lotto.

Ci si riserva di annullare il contratto in caso di mancata corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate e quelle documentate durante l'uso quotidiano.

LOTTO 10. PACEMAKER BICAMERALE RATE RESPONSIVE FASCIA ALTA.

Base d'asta 70.000,00

Fabbisogno annuale: 20 pezzi.

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (45 punti qualità, 15 punti servizi e 40 punti prezzo):

- 45 punti qualità così suddivisi:

Caratteristiche tecniche	Punteggio massimo
a) Algoritmo di sensing automatico multiparametrico con riprogrammazione automatica della soglia di sensibilità	10
b) Presenza di allarmi acustici in caso di particolari eventi clinici rilevati	10
c) Possibilità di memorizzazione EGM superiore a 10 min	10
d) Cattura automatica in atrio e ventricolo	10
e) Diagnostica avanzata	5

- 15 punti servizi così suddivisi:

Assistenza tecnica e/o organizzativa	5
Consulenza formative e corsi	5
Supporto clinico	5

Precisazioni:

- Tutte le ditte concorrenti, sia aggiudicatarie che non, si impegnano a fornire in comodato d'uso gratuito ed a tempo indeterminato i programmatori dei defibrillatori. Se i programmatori sono in Fondazione per altri rapporti di fornitura, non sarà necessario fornirne nuovi.
- La Ditta aggiudicataria si impegna a tenere in conto deposito tre stimolatori e ad integrarli entro 4 giorni dall'ordine di Farmacia.
- Il consumo previsto annuale è da considerarsi orientativo: la previsione non è vincolante in quanto potrebbe subire variazioni sia in più che in meno in base alle scelte strategiche in merito all'Unità di Aritmologia, nonché l'eventuale notifica di recall di prodotti (purtroppo non rari in questi ultimi anni).
- Le ditte dovranno comunicare, oltre al prezzo globale del kit, anche i prezzi scorporati delle singole voci di costo, al fine di poter acquistare singolarmente i prodotti in caso di interventi in cui è necessario utilizzarne soltanto alcuni (sostituzione device/upgrading/revisione chirurgica di impianto).
- Tutte le ditte si impegnano a fornire le schede tecniche di tutti i prodotti e a solo scopo esplicativo, un dimostrativo del prodotto che sarà restituito alla fine della gara (qualora fosse fornito un dispositivo sterile la confezione non verrà aperta e sarà restituita integra). In ogni scheda tecnica le ditte evidenzieranno i parametri richiesti per ogni lotto.

Ci si riserva di annullare il contratto in caso di mancata corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate e quelle documentate durante l'uso quotidiano.

LOTTO 11. **Kit impianto PACEMAKER TRICAMERALE.**

Base d'asta 30.073,00

Fabbisogno annuale: 5 pezzi.

Il Kit comprende:

- Pacemaker tricamerale
- elettrocatetere atriale
- elettrocatetere ventricolare destro
- elettrocatetere ventricolare sinistro
- tutti i materiali necessari per l'impianto: delivery system, cateteri da elettrofisiologia, guide angiografiche varie rigidità ed idrofilia.

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (45 punti qualità, 15 punti servizi e 40 punti prezzo):

- 45 punti qualità così suddivisi:

Caratteristiche tecniche	Punteggio massimo
a) cattura automatica su tutte e tre le camere cardiache	15
b) differenti configurazioni di stimolazione del ventricolo sinistro	10
c) controllo remoto	10
d) ampia possibilità di scelta di curve di fissazione del catetere ventricolare sinistro	5
e) diagnostica dello scompenso cardiaco e accumulo di fluidi intratoracici	5

- 15 punti servizi così suddivisi:

Assistenza tecnica e/o organizzativa	5
Consulenza formative e corsi	5
Supporto clinico	5

Precisazioni:

- Non è necessario che il pacemaker sia depositato in Ospedale. La Ditta si impegna a fornire tutto l'occorrente per l'impianto, compresa l'assistenza dell'Ingegnere specialista durante l'intervento, entro 48 ore dalla richiesta della Farmacia di questa Fondazione.
- Tutte le ditte concorrenti, sia aggiudicatarie che non, si impegnano a fornire in comodato d'uso gratuito ed a tempo indeterminato i programmatori dei defibrillatori. Se i programmatori sono in Fondazione per altri rapporti di fornitura, non sarà necessario fornirne nuovi.
- Il consumo previsto annuale è da considerarsi orientativo: la previsione non è vincolante in quanto potrebbe subire variazioni sia in più che in meno in base alle scelte strategiche in merito all'Unità di Aritmologia, nonché l'eventuale notifica di recall di prodotti (purtroppo non rari in questi ultimi anni).
- Le ditte dovranno comunicare, oltre al prezzo globale del kit, anche i prezzi scorporati delle singole voci di costo, al fine di poter acquistare singolarmente i prodotti in caso di interventi in

cui è necessario utilizzarne soltanto alcuni (sostituzione device/upgrading/revisione chirurgica di impianto).

- Tutte le ditte si impegnano a fornire le schede tecniche di tutti i prodotti e a solo scopo esplicativo, un dimostrativo del prodotto che sarà restituito alla fine della gara (qualora fosse fornito un dispositivo sterile la confezione non verrà aperta e sarà restituita integra). In ogni scheda tecnica le ditte evidenzieranno i parametri richiesti per ogni lotto.

Ci si riserva di annullare il contratto in caso di mancata corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate e quelle documentate durante l'uso quotidiano.

LOTTO 12. LOOP RECORDER IMPIANTABILE PER LO STUDIO DELLE ARITMIE SOPRAVENTRICOLARI E VENTRICOLARI.

Base d'asta € 9.500,00 .

Fabbisogno annuale: 5 pezzi.

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (45 punti qualità, 15 punti servizi e 40 punti prezzo):

- 45 punti qualità così suddivisi:

Caratteristiche tecniche	Punteggio massimo
a) elevata qualità del segnale	10
b) algoritmi per la discriminazione delle aritmie sopraventricolari e relativa diagnostica	10
c) controllo remoto	10
d) compatibilità con la risonanza magnetica	10
e) Memorizzazione estesa degli EGM, con attivazione automatica e manuale da parte del paziente	5

- 15 punti servizi così suddivisi:

Assistenza tecnica e/o organizzativa	5
Consulenza formative e corsi	5
Supporto clinico	5

Precisazioni:

- Tutte le ditte concorrenti, sia aggiudicatarie che non, si impegnano a fornire in comodato d'uso gratuito ed a tempo indeterminato i programmatori dei defibrillatori. Se i programmatori sono in Fondazione per altri rapporti di fornitura, non sarà necessario fornirne nuovi.
- La Ditta aggiudicataria si impegna a tenere in conto deposito due stimolatori e ad integrarli entro 4 giorni dall'ordine di farmacia.
- Tutte le ditte si impegnano a fornire le schede tecniche di tutti i prodotti e a solo scopo esplicativo, un dimostrativo del prodotto che sarà restituito alla fine della gara (qualora fosse fornito un dispositivo sterile la confezione non verrà aperta e sarà restituita integra). In ogni scheda tecnica le ditte evidenzieranno i parametri richiesti per ogni lotto.

Ci si riserva di annullare il contratto in caso di mancata corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate e quelle documentate durante l'uso quotidiano.

LOTTO 13 - INTRODUTTORI ARTERIOSI CORTI

Base d'asta 16.500,00

Fabbisogno triennale: 1.500 pezzi (subordinata alla sostituzione automatica con prodotti migliorativi, quando disponibili)

1. introduttore da 12 cm in kit comprensivo di dilatatore e guida;
2. calibro compreso fra 4F e 12F;
3. punta atraumatica;
4. buona flessibilità;
5. buona capacità di spinta ed attraversamento dei tessuti.

E' richiesta campionatura di n°3 pezzi

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (40 punti qualità, e 60 punti prezzo):

- 40 punti qualità così suddivisi:

Caratteristiche tecniche	Punteggio massimo
• qualità costruttiva	15
• flessibilità e capacità di attraversamento dei tessuti	15
ventaglio di misure e tipologie	10

Precisazioni:

- Il consumo previsto triennale è da considerarsi orientativo: la previsione non è vincolante in quanto potrebbe subire variazioni sia in più che in meno in base alle scelte strategiche in merito all'Unità di Cardiologia, nonché l'eventuale notifica di recall di prodotti (purtroppo non rari in questi ultimi anni).
- Ci si riserva di annullare il contratto in caso di mancata corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate e quelle documentate durante l'uso quotidiano.

Modalità di fornitura:

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi né delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta Ditta entro 5 gg. dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti consumabili ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto.

LOTTO 14 - **INTRODUTTORI ARTERIOSI LUNGI**

Base d'asta 4.800,00

Fabbisogno triennale: 300 pezzi (subordinata alla sostituzione automatica con prodotti migliorativi, quando disponibili)

1. lunghezza >20 cm in kit comprendente introduttore, dilatatore e guida;
2. calibro compreso fra 6F e 10F
3. punta atraumatica;
4. buona flessibilità;
5. buona capacità di spinta ed attraversamento dei tessuti

E' richiesta campionatura di n° 3 pezzi

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (40 punti qualità, e 60 punti prezzo):

- 40 punti qualità così suddivisi:

Caratteristiche tecniche	Punteggio massimo
• qualità costruttiva	15
• flessibilità	15
• ventaglio di misure e tipologie	10

Precisazioni:

- Il consumo previsto triennale è da considerarsi orientativo: la previsione non è vincolante in quanto potrebbe subire variazioni sia in più che in meno in base alle scelte strategiche in merito all'Unità di Cardiologia, nonché l'eventuale notifica di recall di prodotti (purtroppo non rari in questi ultimi anni).
- Ci si riserva di annullare il contratto in caso di mancata corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate e quelle documentate durante l'uso quotidiano.

Modalità di fornitura:

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi né delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta Ditta entro 5 gg. dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti consumabili ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto.

LOTTO 15 - INTRODUTTORI ARTERIOSI ARMATI MEDIO-LUNGHI

Base d'asta 34.500,00

Fabbisogno triennale: 300 pezzi (subordinata alla sostituzione automatica con prodotti migliorativi, quando disponibili)

1. lunghezza tra 40 e 65 cm;
2. calibro uguale o superiore a 6F
3. possibilità di varie conformazioni della punta;
4. punta atraumatica;
5. buona flessibilità;
6. buona capacità di spinta ed attraversamento dei tessuti
7. buona resistenza alle torsioni e alle tortuosità

E' richiesta campionatura di n° 3 pezzi

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (40 punti qualità, e 60 punti prezzo):

- 40 punti qualità così suddivisi:

Caratteristiche tecniche	Punteggio massimo
• qualità costruttiva	15
• flessibilità	15
• ventaglio di misure	10

Precisazioni:

- Il consumo previsto triennale è da considerarsi orientativo: la previsione non è vincolante in quanto potrebbe subire variazioni sia in più che in meno in base alle scelte strategiche in merito all'Unità di Cardiologia, nonché l'eventuale notifica di recall di prodotti (purtroppo non rari in questi ultimi anni).
- Ci si riserva di annullare il contratto in caso di mancata corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate e quelle documentate durante l'uso quotidiano.

Modalità di fornitura:

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi né delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta Ditta entro 5 gg. dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti consumabili ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto.

LOTTO 16 - INTRODUTTORI ARTERIOSI ARMATI LUNGI

Base d'asta 46.800,00

Fabbisogno triennale: 300 pezzi (subordinata alla sostituzione automatica con prodotti migliorativi, quando disponibili)

1. lunghezza > 65 cm;
2. calibro uguale o superiore a 6F
3. possibilità di varie conformazioni della punta;
4. punta atraumatica;
5. buona flessibilità;
6. buona capacità di spinta ed attraversamento dei tessuti
7. buona resistenza alle torsioni e alle tortuosità

E' richiesta campionatura di n° 2 pezzi

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (40 punti qualità, e 60 punti prezzo):

- 40 punti qualità così suddivisi:

Caratteristiche tecniche	Punteggio massimo
• qualità costruttiva	15
• flessibilità	15
• ventaglio di misure	10

Precisazioni:

- Il consumo previsto triennale è da considerarsi orientativo: la previsione non è vincolante in quanto potrebbe subire variazioni sia in più che in meno in base alle scelte strategiche in merito all'Unità di Cardiologia, nonché l'eventuale notifica di recall di prodotti (purtroppo non rari in questi ultimi anni).
- Ci si riserva di annullare il contratto in caso di mancata corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate e quelle documentate durante l'uso quotidiano.

Modalità di fornitura:

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi né delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta Ditta entro 5 gg. dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti consumabili ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto.

LOTTO 17 - CATETERI CORONARICI DIAGNOSTICI

Base d'asta 24.400,00

Fabbisogno triennale: 3.600 pezzi (subordinata alla sostituzione automatica con prodotti migliorativi, quando disponibili)

1. lunghezza compresa fra 90 cm e 120 cm;
2. calibro compreso fra 4F e 6F;
3. varie tipologie di conformazione della punta;
4. buon controllo di torsione;
5. punta traumatica

E' richiesta campionatura di n° 3 pezzi

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (40 punti qualità, e 60 punti prezzo):

- 40 punti qualità così suddivisi:

Caratteristiche tecniche	Punteggio massimo
• qualità costruttiva	15
• flessibilità	15
• ventaglio di misure	10

Precisazioni:

- Il consumo previsto triennale è da considerarsi orientativo: la previsione non è vincolante in quanto potrebbe subire variazioni sia in più che in meno in base alle scelte strategiche in merito all'Unità di Cardiologia, nonché l'eventuale notifica di recall di prodotti (purtroppo non rari in questi ultimi anni).
- Ci si riserva di annullare il contratto in caso di mancata corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate e quelle documentate durante l'uso quotidiano.

Modalità di fornitura:

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi né delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta Ditta entro 5 gg. dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti consumabili ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto.

LOTTO 18 - CATETERI CORONARICI GUIDA

Base d'asta 81.400,00

Fabbisogno triennale: 1.500 pezzi (subordinata alla sostituzione automatica con prodotti migliorativi, quando disponibili)

1. lunghezza compresa fra 90 cm e 120 cm;
2. calibro compreso fra 5F e 8F;
3. varie tipologie di conformazione della punta;
4. buon controllo di torsione;
5. punta atraumatica;
6. ottima capacità di supporto;
7. alta resistenza alla torsione

E' richiesta campionatura di n°3 pezzi

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (40 punti qualità, e 60 punti prezzo):

- 40 punti qualità così suddivisi:

Caratteristiche tecniche	Punteggio massimo
• qualità costruttiva (in particolare resistenza alle torsioni e calibro interno	15
• capacità di supporto	15
• ventaglio di misure e tipologie	10

Precisazioni:

- Il consumo previsto triennale è da considerarsi orientativo: la previsione non è vincolante in quanto potrebbe subire variazioni sia in più che in meno in base alle scelte strategiche in merito all'Unità di Cardiologia, nonché l'eventuale notifica di recall di prodotti (purtroppo non rari in questi ultimi anni).
- Ci si riserva di annullare il contratto in caso di mancata corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate e quelle documentate durante l'uso quotidiano.

Modalità di fornitura:

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi né delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta Ditta entro 5 gg. dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti consumabili ordinati. In caso contrario questa

Fondazione applicherà una penale pari allo 5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto.

LOTTO 19 - GUIDE ANGIOGRAFICHE

Base d'asta 94.500,00

Fabbisogno triennale: 900 pezzi (subordinata alla sostituzione automatica con prodotti migliorativi, quando disponibili)

1. disponibilità di lunghezze comprese tra 180 cm e 260 cm;
2. diametro compreso tra 0.018" e 0.035";
3. buona flessibilità;
4. buona capacità di supporto;
5. punta atraumatica

E' richiesta campionatura di n° 3 pezzi

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (40 punti qualità, e 60 punti prezzo):

- 40 punti qualità così suddivisi:

Caratteristiche tecniche	Punteggio massimo
• qualità costruttiva	15
• ventaglio di misure e tipologie (in particolare disponibilità di guide a supporto elevato)	25

Precisazioni:

- Il consumo previsto triennale è da considerarsi orientativo: la previsione non è vincolante in quanto potrebbe subire variazioni sia in più che in meno in base alle scelte strategiche in merito all'Unità di Cardiologia, nonché l'eventuale notifica di recall di prodotti (purtroppo non rari in questi ultimi anni).
- Ci si riserva di annullare il contratto in caso di mancata corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate e quelle documentate durante l'uso quotidiano.

Modalità di fornitura:

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi né delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta Ditta entro 5 gg. dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti consumabili ordinati. In caso contrario questa

Fondazione applicherà una penale pari allo 5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto.

LOTTO 20 – KIT CON SISTEMA DI GONFIAGGIO PER ANGIOPLASTICA

Base d'asta 35.100,00

Fabbisogno triennale: 900 pezzi (subordinata alla sostituzione automatica con prodotti migliorativi, quando disponibili)

1. dispositivo di gonfiaggio con manometro di precisione e pressioni di gonfiaggio di almeno 22 atmosfere;
2. raccordo a “Y” con valvola a molla;
3. “torquer” per filo guida coronario;
4. facilitatore metallico per filo guida coronarico;
5. rubinetto a tre vie ad alta pressione.

E' richiesta campionatura di n° 2 pezzi

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (40 punti qualità, e 60 punti prezzo):

- 40 punti qualità così suddivisi:

Caratteristiche tecniche	Punteggio massimo
• qualità costruttiva del sistema di gonfiaggio	20
• qualità degli altri componenti il kit	10
• confezionamento del kit (sarà data la priorità ai kit in confezionamento unico)	10

Precisazioni:

- Il consumo previsto triennale è da considerarsi orientativo: la previsione non è vincolante in quanto potrebbe subire variazioni sia in più che in meno in base alle scelte strategiche in merito all'Unità di Cardiologia, nonché l'eventuale notifica di recall di prodotti (purtroppo non rari in questi ultimi anni).
- Ci si riserva di annullare il contratto in caso di mancata corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate e quelle documentate durante l'uso quotidiano.

Modalità di fornitura:

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi né delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta Ditta entro 5 gg. dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti consumabili ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto.

LOTTO 21- KIT PER TAVOLO OPERATORIO DI EMODINAMICA

Base d'asta 324.000,00

Fabbisogno triennale: 2.700 pezzi

Il kit deve comprendere due Set distinti, imballati separatamente e con prezzi differenziati, così costituiti:

Set A:

6. n° 1 telo sterile avvolgi-pacco impermeabile 350x160 cm;
7. n° 1 telo copri-tavolo operatorio 300x70 cm (può anche essere fornito a parte, in confezione non sterile);
8. n° 1 telo copri-paziente 200 x 360 cm, con bande laterali trasparenti, zona centrale assorbente e fori per accesso femorale;
9. n° 1 cuffia copri-tubo radiogeno con elastico, 70x60 cm;
10. n° 1 cuffia copri-paratia mobile a carrello, costituita da un sacco in plastica trasparente da 150 x 150 cm. con apertura in basso, senza elastico;
11. n° 1 cuffia copri-telecomando, costituita da un sacchetto di plastica trasparente di 30 x 10 cm, richiudibile.
12. n° 2 camici chirurgici avvolgenti misura XL
13. n° 20 garze 10 x 20 cm;
14. n° 2 garze laparotomiche;
15. n° 1 ago per puntura percutanea femorale, con le seguenti caratteristiche: 19G, lunghezza 7 cm, compatibile con guida da 0.035", con base in plastica trasparente;
16. n° 1 guida angiografica da 0.035" lunga 180 cm, con punta "J" fissa da 1.5 mm morbida e atraumatica.
17. n° 1 vassoio in plastica, circa 20x5x30 cm;
18. n° 3 ciotole in plastica, circa da 250 cc;
19. n° 1 spugna con manico per disinfezione;
20. n° 2 siringhe da 10 ml complete di ago 21 G;
21. n° 2 siringhe da 20 ml, completa di ago 18 G;
22. n° 1 bisturi con manico e lama appuntita;
23. n° 1 pinza blocca-telo con chiusura a scatto;
24. Strie adesive per contrassegnare le siringhe per i seguenti medicinali: nitrato, lidocaina, eparina, "altro a", "altro b", "altro c"
25. Sistema di connessione ad "Y" con chiusura a molla e raccordo distale a vite rotante.
26. n° 2 fiale di lidocaina da 10 ml al 2%.
27. n° 1 fiala di nitroglicerina da 5 mg
28. n° 1 fiala di eparina sodica da 5.000 unità per infusione endovenosa

Set B:

1. n° 1 siringa da 12 ml con anelli e adattatore rotante;
2. n° 1 rampa a 3 vie, con le seguenti caratteristiche:
 - a. primo rubinetto dotato di valvola unidirezionale così funzionante: in aspirazione il contrasto può entrare in siringa esclusivamente dal flacone (cioè la valvola impedisce che ritorni indietro dalla rampa); in espulsione può andare verso la rampa ma non refluire nel flacone.
 - b. raccordo a vite distale rotante.

3. n° 1 prolunga a media pressione da 80 cm, con raccordo a vite distale rotante;
4. n° 1 deflussori (per il flacone del mezzo di contrasto e per la soluzione fisiologica);
5. n° 1 prolunga a bassa pressione da 150 cm per il monitoraggio della pressione.

Si precisa che:

- Ogni kit deve essere composto dai due Set confezionati separatamente e sterilmente, dotati di marchio C.E.
- Ci si riserva di annullare il contratto in caso di mancata corrispondenza dei materiali con quelli forniti per la valutazione.
- Si precisa che, a seconda delle nostre necessità, potranno essere effettuati ordini di acquisto sia di entrambi i Set (A+B) sia del solo Set A.

E' richiesta campionatura di n° 2 kit sterili (comprendenti entrambi i Set).

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (40 punti qualità, e 60 punti prezzo):

Il punteggio qualità sarà così suddiviso

- Qualità complessiva del Set A: fino a 20 punti.
- Qualità complessiva del Set B: fino a 20 punti .

Modalità di fornitura:

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi né delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta Ditta entro 5 gg. dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti consumabili ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto.

LOTTO 22- GUIDE CORONARICHE STANDARD

Base d'asta 15.750,00

Fabbisogno triennale: 2.100 pezzi

Sono richieste le seguenti caratteristiche:

1. diametro di 0,014”;
2. disponibilità di lunghezze comprese tra 180 cm e 300 cm;
3. punta radioopaca, sia preformata che preformabile;
4. disponibilità di tipologie sia con sia senza rivestimento idrofilico in punta;
5. disponibilità di tipologie sia con sia senza rivestimento idrofilico nel corpo della guida;
6. alta flessibilità e capacità di avanzamento, con medio supporto

E' richiesta campionatura di n° 3 pezzi

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (40 punti qualità, e 60 punti prezzo):

Il punteggio qualità sarà così suddiviso:

- flessibilità e capacità di avanzamento: 20 punti;
- ventaglio di tipologie: 20 punti.

Modalità di fornitura:

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi né delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta Ditta entro 5 gg. dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti consumabili ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto.

LOTTO 23- GUIDE CORONARICHE AD ELEVATO SUPPORTO

Base d'asta 74.700,00

Fabbisogno triennale: 900 pezzi

Sono richieste le seguenti caratteristiche:

1. diametro di 0,014”;
2. disponibilità di lunghezze comprese tra 180 cm e 300 cm;
3. punta radioopaca, sia preformata che preformabile;
4. disponibilità di tipologie sia con sia senza rivestimento idrofilico in punta;
5. disponibilità di tipologie sia con sia senza rivestimento idrofilico nel corpo della guida;
6. elevata capacità di supporto.

E' richiesta campionatura di n° 3 pezzi

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (40 punti qualità, e 60 punti prezzo):

Il punteggio qualità sarà così suddiviso:

- flessibilità e capacità di avanzamento: 20 punti;
- ventaglio di tipologie: 20 punti.

Modalità di fornitura:

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi né delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta Ditta entro 5 gg. dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti consumabili ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto.

LOTTO 24- GUIDE CORONARICHE PER OCCLUSIONI TOTALI CRONICHE
(C.T.O.)

Base d'asta 58.500,00

Fabbisogno triennale: 450 pezzi

Sono richieste le seguenti caratteristiche:

1. diametro di 0,014";
2. disponibilità di lunghezze comprese tra 180 cm e 300 cm;
3. punta radioopaca, sia preformata che preformabile;
4. disponibilità di tipologie a diversa capacità di penetrazione;
5. disponibilità di tipologie a diversa capacità di supporto;
6. disponibilità di tipologie con e senza rivestimento idrofilico sia in punta che nel corpo della guida.

E' richiesta campionatura di n° 2 pezzi

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (40 punti qualità, e 60 punti prezzo):

Il punteggio qualità sarà così suddiviso:

- flessibilità e capacità di avanzamento: 20 punti;
- ventaglio di tipologie: 20 punti.

Modalità di fornitura:

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi né delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta Ditta entro 5 gg. dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti consumabili ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto.

LOTTO 25- PALLONE PER PRE E POST-DILATAZIONE CAROTIDEA

Base d'asta 13.800,00

Fabbisogno triennale: 60 pezzi (subordinata alla sostituzione automatica con prodotti migliorativi, quando disponibili, o interruzione anticipata del contratto in caso di miglioramenti tecnologici).

Sono richieste le seguenti caratteristiche:

- compatibile con catetere guida 6 F;
- morail;
- compatibile con guida da 0.014";
- diametro compreso tra 4 e 7 mm e lunghezza compresa tra 15 e 40 mm.

E' indispensabile la fornitura mediante conto deposito, con deposito iniziale di circa 10 pezzi e reintegro di quelli utilizzati entro 3 giorni dall'ordine di Farmacia.

E' richiesta campionatura di n° 2 pezzi.

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (40 punti qualità, e 60 punti prezzo):

Il punteggio qualità sarà così suddiviso:

- flessibilità e capacità di avanzamento: 20 punti;
- ventaglio di tipologie: 20 punti.

Modalità di fornitura:

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi né delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta Ditta entro 5 gg. dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti consumabili ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto.

LOTTO 26- SISTEMA DI PROTEZIONE VASCOLARE DISTALE

Base d'asta 42.750,00

Fabbisogno triennale: 45 pezzi (subordinata alla sostituzione automatica con prodotti migliorativi, quando disponibili, o interruzione anticipata del contratto in caso di miglioramenti tecnologici).

Sono richieste le seguenti caratteristiche:

- diametri compresi tra 2.5 e 7 mm;
- monorail compatibile con guide 0.014”;
- compatibile con catetere guida 7 F.

E' indispensabile la fornitura mediante conto deposito, con deposito iniziale di circa 6 pezzi e reintegro di quelli utilizzati entro 3 giorni dall'ordine.

E' richiesta campionatura di n° 2 pezzi.

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (40 punti qualità, e 60 punti prezzo):

Il punteggio qualità sarà così suddiviso:

- qualità costruttiva: 20 punti
- flessibilità e basso profilo d'entrata: 10 punti;
- qualità della guida: 10 punti.

Modalità di fornitura:

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi né delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta Ditta entro 5 gg. dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti consumabili ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto.

LOTTO 27- PALLONE PRE E POST DILATAZIONE VASCOLARE PERIFERICA

Base d'asta 13.800,00

Fabbisogno triennale: 60 pezzi (subordinata alla sostituzione automatica con prodotti migliorativi, quando disponibili, o interruzione anticipata del contratto in caso di miglioramenti tecnologici).

Sono richieste le seguenti caratteristiche:

- coassiale;
- compatibile con guide da 0.035";
- diametro compreso tra 3 e 14 mm e lunghezza compresa tra 20 e 100 mm.

E' indispensabile la fornitura mediante conto deposito, con deposito iniziale di circa 15 pezzi e reintegro di quelli utilizzati entro 3 giorni dall'ordine.

E' richiesta campionatura di n° 2 pezzi.

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (40 punti qualità, e 60 punti prezzo):

Il punteggio qualità sarà così suddiviso:

- qualità costruttiva: 15 punti
- flessibilità e basso profilo d'entrata: 15 punti;
- ventaglio di misure: 10 punti.

Modalità di fornitura:

La Ditta dovrà costituire un Conto - deposito di ogni prodotto componente il lotto aggiudicato (con numero congruo per misura, quale sarà ritenuto dal primario richiedente) e ad integrarli entro 4 giorni lavorativi dall'ordine di farmacia.

LOTTO 28- PALLONE PRE E POST DILATAZIONE VASCOLARE PERIFERICA E RENALE

Base d'asta 48.000,00

Fabbisogno triennale: 60 pezzi (subordinata alla sostituzione automatica con prodotti migliorativi, quando disponibili, o interruzione anticipata del contratto in caso di miglioramenti tecnologici).

Sono richieste le seguenti caratteristiche:

- morail;
- compatibile con catetere guida 6 F;
- compatibile con guida da 0.014;
- diametro compreso tra 4 e 7 mm e lunghezza compresa tra 15 e 40 mm.

E' indispensabile la fornitura mediante conto deposito, con deposito iniziale di circa 10 pezzi e reintegro di quelli utilizzati entro 3 giorni dall'ordine.

E' richiesta campionatura di n° 2 pezzi.

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (40 punti qualità, e 60 punti prezzo):

Il punteggio qualità sarà così suddiviso:

- qualità costruttiva: 15 punti
- flessibilità e basso profilo d'entrata: 15 punti;
- ventaglio di misure: 10 punti.

Modalità di fornitura:

La Ditta dovrà costituire un Conto - deposito di ogni prodotto componente il lotto aggiudicato (con numero congruo per misura, quale sarà ritenuto dal primario richiedente) e ad integrarli entro 4 giorni lavorativi dall'ordine di farmacia.

LOTTO 29- STENT CAROTIDEI CONICI E RETTI AD ALTA FLESSIBILITA'

Base d'asta 42.750,00

Fabbisogno triennale: 45 pezzi (subordinata alla sostituzione automatica con prodotti migliorativi, quando disponibili, o interruzione anticipata del contratto in caso di miglioramenti tecnologici).

Sono richieste le seguenti caratteristiche:

- stent autoespandibile nei diametri compresi tra 7 e 10 mm e nelle lunghezze tra 20 e 40 mm;
- monorail;
- compatibile con guide 0.014";
- compatibile con catetere guida 7 F.

E' indispensabile la fornitura mediante conto deposito, con deposito iniziale di circa 10 pezzi e reintegro di quelli utilizzati entro 3 giorni dall'ordine.

E' richiesta campionatura di n° 1 pezzo.

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (40 punti qualità, e 60 punti prezzo):

Il punteggio qualità sarà così suddiviso:

- qualità costruttiva: 15 punti
- basso profilo d'entrata: 15 punti;
- flessibilità: 10 punti.

Modalità di fornitura:

La Ditta dovrà costituire un Conto - deposito di ogni prodotto componente il lotto aggiudicato (con numero congruo per misura, quale sarà ritenuto dal primario richiedente) e ad integrarli entro 4 giorni lavorativi dall'ordine di farmacia.

LOTTO 30- STENT VASCOLARE PERIFERICO AUTOESPANDIBILE

Base d'asta 29.400,00

Fabbisogno triennale: 30 pezzi

Sono richieste le seguenti caratteristiche:

- disponibilità di lunghezza dello shaft fino a 135 cm;
- diametri compresi tra 5 e 10 mm e nelle lunghezze tra 20 e 100 mm;
- compatibile con guide 0.035".

E' indispensabile la fornitura mediante conto deposito, con deposito iniziale di circa 15 pezzi e reintegro di quelli utilizzati entro 3 giorni dall'ordine.

E' richiesta campionatura di n° 1 pezzo.

E' indispensabile la fornitura mediante conto deposito, con deposito iniziale di circa 15 pezzi e reintegro di quelli utilizzati entro 3 giorni dall'ordine.

E' richiesta campionatura di n° 1 pezzo.

3 anni (subordinata alla sostituzione automatica con prodotti migliorativi, quando disponibili, o interruzione anticipata del contratto in caso di miglioramenti tecnologici).

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (40 punti qualità, e 60 punti prezzo):

Il punteggio qualità sarà così suddiviso:

- qualità costruttiva: 20 punti
- basso profilo d'entrata: 10 punti;
- ventaglio misure disponibili: 10 punti.

Modalità di fornitura:

La Ditta dovrà costituire un Conto - deposito di ogni prodotto componente il lotto aggiudicato (con numero congruo per misura, quale sarà ritenuto dal primario richiedente) e ad integrarli entro 4 giorni lavorativi dall'ordine di farmacia.

LOTTO 31- STENT VASCOLARE PERIFERICO PREMONTATO SU PALLONCINO

Base d'asta 48.000,00

Fabbisogno triennale: 60 pezzi (subordinata alla sostituzione automatica con prodotti migliorativi, quando disponibili, o interruzione anticipata del contratto in caso di miglioramenti tecnologici).

Sono richieste le seguenti caratteristiche:

- Struttura in lega di acciaio ad elevata forza radiale (cromo-cobalto o altro);
- disponibilità di lunghezza dello shaft fino a 135 cm;
- diametri compresi tra 3 e 10 mm e lunghezze tra 12 e 60 mm;
- compatibilità con guide sia da 0.018" che 0.035".

E' indispensabile la fornitura mediante conto deposito, con deposito iniziale di circa 15 pezzi e reintegro di quelli utilizzati entro 3 giorni dall'ordine.

E' richiesta campionatura di n° 2 pezzi.

E' indispensabile la fornitura mediante conto deposito, con deposito iniziale di circa 15 pezzi e reintegro di quelli utilizzati entro 3 giorni dall'ordine.

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (40 punti qualità, e 60 punti prezzo):

Il punteggio qualità sarà così suddiviso:

- qualità costruttiva: 20 punti
- basso profilo d'entrata: 10 punti;
- ventaglio misure disponibili: 10 punti.

Modalità di fornitura:

La Ditta dovrà costituire un Conto - deposito di ogni prodotto componente il lotto aggiudicato (con numero congruo per misura, quale sarà ritenuto dal primario richiedente) e ad integrarli entro 4 giorni lavorativi dall'ordine di farmacia.

LOTTO 32- STENT CORONARICI A RILASCIO DI EVEROLIMUS

Base d'asta 244.750,00

Fabbisogno annuale: 250 pezzi

Sono richieste le seguenti caratteristiche:

- stent premontati su palloncino a scambio rapido, compatibili con guida coronarica da 0.014"
- presenza di markers alle estremità prossimale e distale
- compatibili con catetere guida da 5F
- calibro compreso tra almeno 2.25 e 4.0 mm
- lunghezza compresa tra almeno 8 e 28 mm

E' richiesta campionatura di n° 3 pezzi

1 anno rinnovabile rinnovabile per un ulteriore anno (subordinata alla sostituzione automatica con prodotti migliorativi, quando disponibili.).

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (40 punti qualità, e 60 punti prezzo):

Il punteggio qualità sarà così suddiviso:

- qualità costruttiva: 15 punti
- navigabilità: 15 punti;
- ventaglio misure disponibili: 10 punti.

Modalità di fornitura:

La Ditta dovrà costituire un Conto - deposito di ogni prodotto componente il lotto aggiudicato (con numero congruo per misura, quale sarà ritenuto dal primario richiedente) e ad integrarli entro 4 giorni lavorativi dall'ordine di farmacia.

LOTTO 33- STENT CORONARICI A RILASCIO DI BIOLIMUS

Base d'asta 244.750,00

Fabbisogno annuale: 250 pezzi

Sono richieste le seguenti caratteristiche:

- stent premontati su palloncino a scambio rapido, compatibili con guida coronarica da 0.014", dotati di markers alle estremità prossimale e distale
- presenza di polimero totalmente riassorbibile
- eluizione di biolimus solo dalla superficie dello stent a contatto della parete vasale
- compatibili con catetere guida da 5F
- calibro compreso tra almeno 2.5 e 4.0 mm
- lunghezza compresa tra almeno 8 e 28 mm

E' richiesta campionatura di n° 3 pezzi

1 anno rinnovabile per un ulteriore anno (subordinata alla sostituzione automatica con prodotti migliorativi, quando disponibili.).

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (40 punti qualità, e 60 punti prezzo):

Il punteggio qualità sarà così suddiviso:

- qualità costruttiva: (con particolare riferimento a navigabilità, flessibilità e forza radiale): 15 punti
- evidenze scientifiche: 15 punti
- ventaglio di misure disponibili: 10 punti.

Modalità di fornitura:

La Ditta dovrà costituire un Conto - deposito di ogni prodotto componente il lotto aggiudicato (con numero congruo per misura, quale sarà ritenuto dal primario richiedente) e ad integrarli entro 4 giorni lavorativi dall'ordine di farmacia.

LOTTO 34- STENT RENALE.

Base d'asta 25.500,00

Fabbisogno triennale: 30 pezzi (subordinata alla sostituzione automatica con prodotti migliorativi, quando disponibili, o interruzione anticipata del contratto in caso di miglioramenti tecnologici).

Sono richieste le seguenti caratteristiche:

- stent premontato su palloncino
- diametri compresi tra 4 e 7 mm e lunghezze tra 12 e 20 mm;
- monorail
- compatibile con guide 0.014”;
- compatibile con catetere guida 7 F.

E' indispensabile la fornitura mediante conto deposito, con deposito iniziale di circa 5 pezzi e reintegro di quelli utilizzati entro 3 giorni dall'ordine.

E' richiesta campionatura di n° 1 pezzo.

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (40 punti qualità, e 60 punti prezzo):

Il punteggio qualità sarà così suddiviso:

- qualità costruttiva: 20 punti
- basso profilo d'entrata: 10 punti;
- ventaglio misure disponibili: 10 punti.

Modalità di fornitura:

La Ditta dovrà costituire un Conto - deposito di ogni prodotto componente il lotto aggiudicato (con numero congruo per misura, quale sarà ritenuto dal primario richiedente) e ad integrarli entro 4 giorni lavorativi dall'ordine di farmacia.

LOTTO 35- INTRODUTTORI ARTERIOSI PER ACCESSO RADIALE

Base d'asta 130.000,00

Fabbisogno triennale: 2.600 pezzi (subordinata alla sostituzione automatica con prodotti migliorativi, quando disponibili, o interruzione anticipata del contratto in caso di miglioramenti tecnologici).

Sono richieste le seguenti caratteristiche:

- Introduttore ricoperto di polimero idrofilico "M" Coat.
- sistema di puntura per accesso arterioso con ago cannula e guida idrofilica;
- calibro 5F o 6F
- è richiesta la disponibilità sia di misure corte (circa 10-12 cm) che di misure lunghe (circa 25 cm).

E' richiesta campionatura di n° 3 pezzi

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (40 punti qualità, e 60 punti prezzo):

Il punteggio qualità sarà così suddiviso:

- qualità costruttiva (con particolare riferimento a flessibilità e scivolosità): 35 punti
- ventaglio di misure disponibili: 5 punti.

Modalità di fornitura:

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi né delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta Ditta entro 5 gg. dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti consumabili ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto.

LOTTO 36- SISTEMI DI COMPRESSIONE RADIALE

Base d'asta 37.500,00

Fabbisogno triennale: 1.500 pezzi (subordinata alla sostituzione automatica con prodotti migliorativi, quando disponibili, o interruzione anticipata del contratto in caso di miglioramenti tecnologici).

Sono richieste le seguenti caratteristiche:

- Sistema di compressione dell'arteria radiale costituito da un bracciale in materiale plastico totalmente trasparente per garantire il continuo controllo visivo del sito di puntura.
- Il device deve essere disegnato in modo da garantire la compressione selettiva dell'arteria radiale, garantendo la pervietà dell'arteria ulnare e il ritorno venoso.

E' richiesta campionatura di tre pezzi

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (40 punti qualità, e 60 punti prezzo):

Il punteggio qualità sarà così suddiviso:

- Trasparenza e possibilità di controllo del sito di puntura: 20 punti
- Possibilità di variare la forza di compressione preservando l'arteria ulnare: 15 punti
- Semplicità d'uso: 5 punti

Modalità di fornitura:

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi né delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta Ditta entro 5 gg. dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti consumabili ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto.

LOTTO 37- CATETERI CORONARICI GUIDA PER ACCESSO RADIALE

Base d'asta 100.500,00

Fabbisogno triennale: 1.500 pezzi (subordinata alla sostituzione automatica con prodotti migliorativi, quando disponibili, o interruzione anticipata del contratto in caso di miglioramenti tecnologici).

Sono richieste le seguenti caratteristiche:

- Cateteri guida per angioplastica coronarica da approccio radiale;
- Calibro 5 o 6 F;
- Disponibilità di curve dedicate alla PTCA da accesso radiale (curva tipo IKARI SX e DX della Terumo – si precisa che saranno valutati e accettati prodotti equivalenti).

E' richiesta campionatura di n° 3 pezzi

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (40 punti qualità, e 60 punti prezzo):

- qualità costruttiva (in particolare controllo di torsione, capacità di supporto e calibro interno): 30 punti
- ventaglio di misure e tipologie: 10 punti.

Modalità di fornitura:

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi né delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta Ditta entro 5 gg. dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti consumabili ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto.

LOTTO 38- CATETERI CORONARICI DIAGNOSTICI PER ACCESSO RADIALE

Base d'asta 36.000,00

Fabbisogno triennale: 2.400 pezzi (subordinata alla sostituzione automatica con prodotti migliorativi, quando disponibili, o interruzione anticipata del contratto in caso di miglioramenti tecnologici).

Sono richieste le seguenti caratteristiche:

- Cateteri diagnostici dotati di buona manovrabilità e controllo;
- Curve dedicate per approccio radiale, con unica curva per coronaria sx e dx (tipo “Tiger” della Terumo – si precisa che saranno valutati e accettati prodotti equivalenti).
- Vari calibri e lunghezze.

E' richiesta campionatura di n° 3 pezzi

L'aggiudicazione sarà determinata in base al miglior rapporto qualità prezzo (40 punti qualità, e 60 punti prezzo):

Il punteggio qualità sarà così ripartito:

- qualità costruttiva: 30 punti
- ventaglio di misure e tipologie: 10 punti.

Modalità di fornitura:

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi né delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta Ditta entro 5 gg. dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti consumabili ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto.

LOTTO 39- GUIDE CORONARICHE PER LA MISURAZIONE DEL FLUSSO INTRACORONARICO (FFR e CFR)

Base d'asta 255.000,00

Fabbisogno triennale: 300 pezzi (subordinata alla sostituzione automatica con prodotti migliorativi, quando disponibili, o interruzione anticipata del contratto in caso di miglioramenti tecnologici).

Guida coronaria dotata di sensore in punta che consente la misurazione:

1. della pressione intracoronarica per il calcolo della Fractional Flow Reserve (FFR)
2. del flusso intracoronarico (con il sistema della termodiluizione), per il calcolo della Coronary Flow Reserve (CFR)

al fine di valutare accuratamente la significatività funzionale di una stenosi coronaria. Con la guida è anche possibile misurare la temperatura intracoronarica per i valori di microcircolo.

- **E' richiesta la fornitura in comodato d'uso gratuito della consolle compatibile con la nostra apparecchiatura poligrafica PHILIPS INTEGRIS.**

E' richiesta campionatura di n° 3 pezzi

L'aggiudicazione sarà determinata con il criterio del prezzo più basso previa conformità da parte della Commissione tecnica.

Modalità di fornitura:

Le quantità necessarie saranno ordinate, in più soluzioni, nel corso del rapporto contrattuale dalla Farmacia di questa Fondazione. Si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo o predeterminato dei prodotti di cui sopra, ma sussiste unicamente un obbligo della ditta di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza del quantitativo di consumo stimato. Resta inteso che l'eventuale variazione in più o in meno della quantità annua stimata, non comporterà variazione dei prezzi né delle condizioni contrattuali concordate. Gli ordini dovranno essere evasi da codesta Ditta entro 5 gg. dalla data di emissione. Nessun ritardo è ammesso nella consegna dei prodotti consumabili ordinati. In caso contrario questa Fondazione applicherà una penale pari allo 5% del valore contrattuale del materiale consegnato in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto.