



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI E APPARECCHIATURE PER TERAPIA INTENSIVA/COMPLESSO OPERATORIO DELLA FONDAZIONE IN 6 LOTTI. Gara n° 7252965. Verbale di valutazione tecnica n. 2.

L'anno 2019, il giorno 08 del mese di Marzo, alle ore 10,30 presso l'Ufficio Acquisti della Fondazione è presente, in seduta riservata, la Commissione di gara nominata con prot. UP2019/855U del 01/02/2019, a seguito di sorteggio avvenuto in data 28/01/2019 presso la sezione provinciale UREGA Palermo:

- Dott. Giovanni Malta, Presidente;
- Ing. Pietro Sturniolo, Componente Tecnico esperto;
- Avv. Gabriella Larganà, Componente Esperto in materie giuridiche;

Si richiama il verbale di seduta pubblica del giorno 22/02/2019 con il quale la commissione ha ammesso tutte le ditte partecipanti alla successiva fase di gara, vale a dire l'analisi delle buste contenenti le offerte tecniche, scaricate dal portale "Acquistitelematici.it", al fine dell'attribuzione dei punteggi coi criteri previsti nei relativi capitolati tecnici (lotti 4, 5 e 6).

Conseguentemente la commissione inizia i lavori con la valutazione della conformità con la relativa attribuzione dei punteggi delle offerte pervenute per i lotti n. 4, 5 e 6.

La Commissione comincia, pertanto, con la valutazione delle caratteristiche minime richieste da capitolato per il lotto 4, che vengono ampiamente soddisfatte dall'unica ditta concorrente ovvero Medicina sas.

Alla luce delle esclusioni disposte, venendo a mancare qualunque elemento di comparazione ai fini dell'attribuzione dei punteggi tecnici, la Commissione ritiene di attribuire all'unica ditta, ovvero Medicina sas il punteggio di 70/100 previsto dal disciplinare di gara.

La Commissione, prosegue con la valutazione delle apparecchiature previste per il lotto 5 – sistemi infusionali.

Premesso che a tale lotto partecipano le ditte Becton Dickinson, BBraun e Fresenius Kabi, la Commissione nel procedere alla valutazione delle caratteristiche minime osserva quanto segue:

- con riferimento alla Becton Dickinson, la commissione non ha riscontrato la presenza della caratteristica minima così indicata "eliminazione automatica del bolo dopo un occlusione", pertanto rimanda alla stazione appaltante il compito di formulare la richiesta di chiarimenti chiedendo di indicare la pagina e il rigo in cui deve risultare la sussistenza di tale caratteristica.

-con riferimento alla ditta Fresenius Kabi, la commissione ne dispone l'esclusione in quanto non risulta soddisfatta la caratteristica minima relativa alla "programmazione della terapia tramite archivio farmaci che risiedono contemporaneamente nella pompa", infatti, dalle specifiche tecniche prodotte, alla voce profili, si evince: "Archivio farmaci: Libreria farmaci da creare con Agilia Vigilant Drug Lib o Master Med" che obbliga l'equipe medica a creare l'archivio farmaci ex novo paralizzando le normali procedure di reparto.

La Commissione si riserva di procedere alla valutazione qualitativa con attribuzione dei punteggi, una volta pervenute le risposte della ditta Becton Dickinson in seduta riservata, e procedere altresì con la valutazione del lotto 6, che verrà espletata il giorno 18 marzo alle ore 10,00.

Del che è redatto il presente verbale, che letto, viene confermato e sottoscritto.

La Commissione dichiara chiusa la seduta in sessione riservata alle ore 14,00

Il Presidente

Dott. Giovanni Malta

Componente Tecnico esperto;

Ing. Pietro Sturniolo

Componente Esperto giuridico

Avv. Gabriella Larganà